

**RETTIFICA E SOSTITUZIONE DOCUMENTI GARA: MICROSCOPIO- CIG:
B1BA0654BE**

Si comunica che sono stati rettificati e sostituiti i seguenti documenti di gara:

- **l'annesso 1 allegato A “Capitolato Tecnico”**: con riferimento alla parte del “campo visivo alla WD analitica” della colonna elettronica: il valore dev'essere maggiore o uguale a 3 mm.

- **Allegato C “scheda proposta tecnica”**:
 - con riferimento al punto 3.1 “Diametro”: il valore della prestazione base è di 120 mm.
 - con riferimento al punto 2.2: la prestazione base (P_{base}) relativa all'escursione sull'asse Y è pari a 80 mm, così come specificato nel Capitolato Tecnico.

- **Annesso 2 allegato A “Fattore tecnico”**:
 - con riferimento al punto 1.4 “Campo visivo alla WD analitica”: È richiesta una dimensione del campo visivo alla distanza di lavoro analitica almeno pari di 3 mm

Prestazione base = 3 mm;
Prestazione premiale > 3 mm
 - con riferimento al punto 2.2: la prestazione base (P_{base}) relativa all'escursione sull'asse Y è pari a 80 mm, così come specificato nel Capitolato Tecnico.

- **Annesso 4 allegato A “Formule assegnazione punteggi”**:
 - con riferimento al punto 3.1: È richiesta una camera di lavoro tale che permetta la rotazione completa di un campione di diametro almeno pari a 120 mm:

Prestazione base = 120 mm;
Prestazione premiale > 120 mm.
 - con riferimento al punto 2.2: la prestazione base (P_{base}) relativa all'escursione sull'asse Y è pari a 80 mm, così come specificato nel Capitolato Tecnico.