

ISTITUTO DI SCIENZE BIOMEDICHE DELLA DIFESA

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI SISTEMA UHPLC-MS/MS (TRIPLO QUADRUPOLO)

Sommario

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Clausole di infungibilità	3
Art. 3 - Luogo di consegna/installazione dei materiali oggetto di appalto	3
Art. 4 - Sopralluogo	3
Art. 5 - Durata dell'appalto	4
Art. 6 - Importo complessivo dell'appalto	4
Art. 7 - Rispondenza ai criteri ambientali	5
Art. 8 - Caratteristiche tecniche minime	5
8.1 Cromatografo UHPLC.....	5
8.2 Spettrometro di massa Triplo Quadrupolo (QQQ).....	5
8.3 Software e Workstation	5
8.4 Generatore di azoto.....	6
8.5 Formazione	6
8.6 Standard Qualitativi.....	6
Art. 9 - Esecuzione del contratto.....	6
Art. 10 - Verifica di conformità e collaudo.....	7
10.1 Verifica di conformità	7
10.2 Collaudo	7
10.3 Il processo verbale.....	7
10.4 Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità	7
10.5 Valutazioni dei soggetti che procedono alla verifica di conformità.....	8
10.6 Emissione del certificato di verifica di conformità	8
10.7 Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità.....	8
Art. 11 - Garanzia.....	8
Art. 12 - Penali in caso di ritardo	8
Art. 13 - Risoluzione del contratto.....	9

Art. 14 - Recesso	10
Art. 15 - Pagamenti	10
Art. 16 - Garanzia definitiva e stipula contratto.....	11
Art. 17 - Revisione prezzo di appalto a convenzioni Consip.....	11
Art. 18 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	12
Art. 19 - Foro competente	12

Art. 1 ***Oggetto dell'appalto***

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura, l'installazione, la messa in funzione ed il collaudo di n. 1 sistema completo per cromatografia liquida ad altissime prestazioni (UHPLC) accoppiato a spettrometro di massa a triplo quadrupolo (MS/MS), comprensivo di:

- Modulo UHPLC completo (pompe, autosampler, forno colonne);
- Spettrometro di massa a triplo quadrupolo (QQQ);
- Generatore di azoto con compressore;
- Workstation completa per acquisizione ed elaborazione dati (PC desktop, monitor $\geq 24"$, mouse, tastiera e software dedicato);
- Kit di installazione e connessione LC-MS;
- Corso di formazione per operatori della durata minima di 2 giorni lavorativi;
- Accessori e consumabili iniziali necessari alla messa in funzione.

La fornitura è finalizzata all'adeguamento del laboratorio di analisi delle acque ai requisiti previsti dal D.Lgs. 18/2023 e D.Lgs. 102/2025 per la determinazione dei PFAS nelle acque destinate al consumo umano.

Art. 2 ***Clausole di infungibilità***

La fornitura è oggetto di procedura diretta per esclusività/infungibilità in quanto necessaria per:

- Compatibilità con infrastrutture e sistemi già presenti;
 - Continuità e confrontabilità dei dati analitici;
 - Integrazione con metodiche già validate;
 - Uniformità gestionale e software.
-

Art. 3 ***Luogo di consegna/installazione dei materiali oggetto di appalto***

La fornitura dovrà essere eseguita presso:

ISTITUTO DI SCIENZE BIOMEDICHE DELLA DIFESA
Via di Villa Fonseca, 6 - 00184 - Roma
Piano Terra, locali della Sezione di Tossicologia

Art. 4 ***Sopralluogo***

L'operatore economico invitato ed interessato alla fornitura, prima della presentazione dell'offerta, dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo preliminare, al fine di prendere visione dei locali per

verificare l'esistenza di spazi adeguati ed accertare la predisposizione dei locali per l'installazione della strumentazione oggetto della fornitura, nonché conoscere le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In tal caso, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) definirà le modalità e le tempistiche di esecuzione del sopralluogo rilasciando un Attestato di avvenuto sopralluogo, redatto in contraddittorio, che dovrà contenere anche i riferimenti del Responsabile dell'operatore economico e del RUP o suo incaricato, oltre ai riferimenti di eventuali direttori operativi individuati.

Art. 5

Durata dell'appalto

La consegna, l'installazione e la messa in esercizio dovranno essere completate dalla Ditta assuntrice entro 90 (novanta) giorni calendariali dalla ricezione dell'esecutività del contratto (approvazione/registrazione).

Art. 6

Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo presunto della fornitura ammonta a € 250.000,00 € (diconsi Euro duecentocinquantamila/00) IVA esclusa.

Tale importo si intende comprensivo di:

- trasporto;
- installazione;
- verifica di conformità e collaudo;
- formazione;
- accessori e kit di avviamento;
- ogni onere aggiuntivo necessario al completo avvio e pieno funzionamento della strumentazione, il tutto onnicomprensivo anche degli elementi non espressamente indicati, ma comunque utili e fondamentali al pieno soddisfacimento di quanto richiesto nel presente Capitolato speciale d'Appalto.

Le modalità di fatturazione, la cadenza della stessa e le modalità di pagamento saranno definite dalla Stazione Appaltante in sede di affidamento del contratto, fermo restando che la fatturazione potrà essere effettuata previo buon esito del collaudo o della verifica di conformità. Dal corrispettivo potranno essere decurtati gli importi dovuti per le penali eventualmente definite in sede di Appalto e applicate dall'Amministrazione della Difesa (AD) in fase di esecuzione del Contratto. I termini di pagamento delle fatture corredate della relativa documentazione, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa (Decreto Legislativo del 9 ottobre 2022, n.231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali").

Art. 7 ***Rispondenza ai criteri ambientali***

I beni oggetto della presente fornitura devono essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui all'Art. 57 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (ove applicabili).

Art. 8 ***Caratteristiche tecniche minime***

8.1 Cromatografo UHPLC

- Sistema di pompaggio binario in grado di raggiungere pressioni operative massime superiori a 1 bar.
- Intervallo di flusso programmabile tra 0,001 e 8,000 mL/min.
- Sistema di pompaggio in grado di operare a pressioni di lavoro di almeno 800 bar quando la portata di lavoro è superiore a 5 mL/min.
- Accuratezza del flusso cromatografico pari o migliore di $\pm 0,1\%$.
- Sistema di pompaggio in grado di gestire almeno 6 solventi in accoppiamento binario.
- Campionatore automatico in grado di raggiungere pressioni operative di almeno 1.000 bar e termostato nella gamma di temperature tra 4 e 40°C. Compartimento per i campioni in grado di contenere oltre 200 fiale di 1,5/2 mL.
- Volume di iniezione programmabile tra 0,01 e 100 μL .
- Forno per termostatare le colonne cromatografiche in grado di contenere almeno due colonne da 30 cm; gamma di temperatura regolabile tra 5 e 85°C; la termostatazione deve essere possibile in due modalità diverse, come "aria ferma" e "aria forzata".

8.2 Spettrometro di massa Triplo Quadrupolo (QQQ)

- Deve essere dotato di una sorgente di ionizzazione a elettrospray (ESI) riscaldata in grado di operare con flussi cromatografici tra 10 e 1.000 $\mu\text{L}/\text{min}$ senza la necessità di frazionamento.
- La separazione tra la sorgente a pressione atmosferica e il vuoto spinto deve essere realizzata mediante una speciale capillare che può essere rimossa per manutenzione e pulizia senza interrompere il vuoto. La capillare non deve essere una parte di consumo.
- Intervallo di massa analizzabile tra 5 e almeno 2.000 m/z.
- Deve avere una cella di collisione per frammentazione MS/MS ad alta energia con basso effetto di memoria. Al fine di ridurre la trasmissione di specie neutre, la cella di collisione deve essere curva con un angolo di almeno 90°.
- Il quadrupolo di selezione del precursore deve operare con una larghezza di banda che non superi 0,2 Da.
- Numero di transizioni MRM per unità di tempo: almeno 600 MRM/s.
- Tempo di commutazione della polarità, incluso il tempo di stabilizzazione, non superiore a 5 ms.
- Stabilità di massa $\pm 0,1$ Da su 24 ore.

8.3 Software e Workstation

- Tutte le attrezzature devono essere controllate e gestite dallo stesso software, che deve essere prodotto dallo stesso produttore dello spettrometro di massa e del cromatografo UHPLC.

- Il software fornito deve garantire la piena gestione e controllo delle attrezzature e di tutti i suoi parametri, nonché consentire la rielaborazione qualitativa e quantitativa dei dati ottenuti.
- La fornitura deve includere un PC desktop con prestazioni adeguate, incluso un monitor ad alta risoluzione di almeno 24", con mouse e tastiera, con unità di memorizzazione dati aggiuntiva ed esclusiva di almeno 2 TB.

8.4 Generatore di azoto

- Completo di compressore;
- Livello massimo di rumorosità inferiore a 60 dB.

8.5 Formazione

La fornitura deve includere un corso di formazione della durata minima di 2 giornate lavorative da tenersi nei locali di laboratorio o in altro locale idoneo concordato con il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

8.6 Standard Qualitativi

I sistemi, le attrezzature ed i materiali in fornitura devono essere conformi ai seguenti standard internazionali di qualità:

- ISO 25101:2021
- ISO 21422:2021
- ISO 17025:2017

Art. 9 ***Esecuzione del contratto***

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

La fornitura dovrà essere conclusa entro 90 (novanta) gg. calendariali dal ricevimento dell'esecutività del contratto, nella qualità, quantità e luoghi indicati. Il giudizio sull'accettazione dei lavori svolti è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti dei lavori svolti, non rilevati all'atto dell'esecuzione.

Art. 10 ***Verifica di conformità e collaudo***

10.1 Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Il responsabile unico del progetto controllerà l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

1. quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
2. quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
3. l'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

10.2 Collaudo

Il collaudo comprenderà:

- Verifica delle caratteristiche tecniche dichiarate;
- Test funzionali strumentali (test di accensione, calibrazione e taratura, test generale di funzionamento, ecc.);
- Prova pratica di acquisizione ed elaborazione dati;
- Verifica dell'integrazione software.

10.3 Il processo verbale

Il direttore dell'esecuzione fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

10.4 Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spese dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

10.5 Valutazioni dei soggetti che procedono alla verifica di conformità

I soggetti che procedono alla verifica di conformità indicano se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

10.6 Emissione del certificato di verifica di conformità

La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Se i beni/servizi non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli in toto o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura/servizio. In tal caso, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 24 ore o nel più breve termine posto dall'amministrazione. Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all'acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante. Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

10.7 Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 11 ***Garanzia***

La Ditta fornitrice dovrà assicurare una garanzia minima di 24 mesi su tutti gli elementi costituenti il servizio/fornitura, a partire dalla data di verifica di conformità, comprensiva di assistenza tecnica e aggiornamenti software.

Art. 12 ***Penali in caso di ritardo***

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore dell'intera fornitura/del servizio, ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso, le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 126 comma 1. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuti a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il

responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al RUP, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura/il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 13 ***Risoluzione del contratto***

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 3 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;

- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 14

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 15

Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: JJE114 (Jolly Jolly Echo 1 Italia 4), previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve

comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura/servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 16

Garanzia definitiva e stipula contratto

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

La spesa per imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante corresponsione attraverso bonifico, del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 17

Revisione prezzo di appalto a convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 18

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento della fornitura.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Art. 19

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.

Capo Dipartimento ricerca e sviluppo Ten.Col. Prisco ZIBELLA	Capo Sezione igiene militare coordinamento rete DIMOS MILNET e RDOIT Magg. Giancarlo PETRALITO